

## 綠色萃取 實驗室每週安全衛生檢查檢點紀錄表

檢查時間： 年 月

| 檢查項目   | 檢查重點                | 檢查日期 |   |   |   |   | 備註(改善建議事項) |
|--------|---------------------|------|---|---|---|---|------------|
|        |                     | /    | / | / | / | / |            |
| 鋼瓶     | 鋼瓶有無直立，並且固定。        |      |   |   |   |   |            |
|        | 鋼瓶儲存間是否有易燃物。        |      |   |   |   |   |            |
|        | 鋼瓶之固定措施是否牢固。        |      |   |   |   |   |            |
| 儀器設備   | 儀器設備是否有掛出安全操作手冊     |      |   |   |   |   |            |
|        | 電線之絕緣包覆有無破損及裸露      |      |   |   |   |   |            |
| 污染防治   | 廢液桶貯存是否標示有害廢棄物圖示    |      |   |   |   |   |            |
|        | 廢棄物是否分類貯存           |      |   |   |   |   |            |
|        | 廢棄物回收時，是否有登錄紀錄表     |      |   |   |   |   |            |
|        | 廢溶劑儲存桶是否固定          |      |   |   |   |   |            |
| 消防滅火設施 | 緊急照明系統是否良好          |      |   |   |   |   |            |
|        | 放置位置有無明顯標示滅火器       |      |   |   |   |   |            |
|        | 緊急疏散標示是否清楚          |      |   |   |   |   |            |
| 藥品櫃    | 藥品櫃內藥品是否分類清楚        |      |   |   |   |   |            |
|        | 藥品是否有標示危害物質標示       |      |   |   |   |   |            |
|        | 藥品櫃內有無藥品洩漏情形。       |      |   |   |   |   |            |
| 排氣櫃    | 排氣櫃馬達啟動是否異常         |      |   |   |   |   |            |
|        | 排氣櫃室內燈具是否損壞         |      |   |   |   |   |            |
|        | 操作完畢，是否關閉抽風及電燈之電源開關 |      |   |   |   |   |            |
|        | 檢查人員簽章<br>(請簽全名)    |      |   |   |   |   |            |

環境安全衛生組：\_\_\_\_\_

實驗室負責人：\_\_\_\_\_

總務主任：\_\_\_\_\_

單位主管：\_\_\_\_\_

填表說明

1. 上述檢查結果若發現為是或有者，請以「√」標記，若發現為否或無者，請以「×」標記，若該檢查項目為不適用或其他，請以「△」標記。
2. 若檢查結果有缺失者(日期、缺失時間)，請將改善情形紀錄於備註欄或通知總務處環安組協助處理。
3. 本表請檢查人員及實驗(習)室負責人確實督導及檢查填表。
4. 紀錄表請實驗室負責人次月5日前送至總務處環安組辦公室。

保存期限：三年